

Số: 215 /TTYT-KD

Thạch Hà, ngày 05 tháng 03 năm 2025

*Về việc mời chào giá mua sắm
hệ thống xử lý RO*

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi : **Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho:

Gói thầu: Mua sắm Hệ thống xử lý nước RO dùng cho nồi hấp tiệt trùng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Thanh Hải, Khoa Dược-VT-TTB, số điện thoại 0986910286, mail: thanhhaiht1980@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ Phòng giao ban, tầng 3, nhà A, trung tâm y tế huyện Thạch Hà

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 05 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h ngày 15 tháng 03 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2025 .

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế, cấu hình, thông số kỹ thuật, số lượng, đơn vị tính
(theo danh mục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà.
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị: hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển và cung cấp hàng hóa cho Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 10-15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của bên Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Trung tâm sẽ tạm ứng, thanh toán cho hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam bằng chuyển khoản, sau 90 ngày, kể từ ngày Công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ đã được quy định.

5. Các thông tin khác: không có

Trung tâm y tế rất mong nhận được báo giá chi tiết và sớm nhất từ quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

 **GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thế Phiệt

Phụ lục: Mẫu yêu cầu báo giá

(Ban hành kèm theo Công văn số: 215 /TTYT-KD ngày 05 /03/2025 của Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà

1. Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của đơn vị Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, đơn vị.....xin gửi báo giá như sau:

STT	Tên danh mục thiết bị y tế	Cấu hình, Thông số kỹ thuật, tính năng và các chi tiết liên quan	Hãng sản xuất, nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá]

3. Các cam kết khác:

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực
- Giá trị thiết bị là phù hợp, không vi phạm qui định pháp luật như bán phá giá, đẩy giá
- Đơn vị đang hoạt động kinh doanh lành mạnh về tài chính

....., ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của đơn vị

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BẢO GIÁ

STT	Tên trang thiết bị	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống xử lý nước RO dùng cho nồi hấp tiệt trùng	1.Yêu cầu chung: - Thiết bị phải được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100%. - Đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương - Điện áp sử dụng: tương thích với nguồn điện 220V, 50Hz. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 35^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$ 1.Cấu hình cung cấp: - Nước nguồn cung cấp: + Áp lực đầu vào: $\geq 1\text{-}1,2\text{ bar}$ + Đường nước cấp: Ø34 + Lưu lượng nước đầu vào: $\geq 1\text{m}^3/\text{h}$ - Công suất nước đầu ra: Đảm bảo công suất nước RO $\geq 250\text{ lít/giờ}$ Cấu hình chi tiết cụ thể như sau: Hệ thiết bị lọc đa cấp, khử Clo, làm mềm khử Canxi và Ma giê: - Bơm cấp nước nguồn: + Máy bơm nguồn cấp nước vào hệ thống có bình tích áp kèm theo, công suất $\geq 300\text{ W}$, điện áp 220v/50Hz - Thiết bị lọc đa cấp: + Vỏ Composite loại 844 + Van tự động 03 chức năng: Lọc, rửa xuôi, rửa ngược + Hỗn hợp vật liệu lọc: - Sỏi lọc nước - Vật liệu lọc đa cấp - Thiết bị lọc các bon khử Clo + Vỏ Composite loại 844 + Van tự động 03 chức năng: Lọc, rửa xuôi, rửa ngược + Hỗn hợp vật liệu lọc: - Sỏi lọc nước - Than hoạt tính - Thiết bị trao đổi ion làm mềm nước: + Vỏ Composite loại 844 + Van tự động 05 chức năng: Lọc, rửa xuôi, hút muối, rửa ngược, xả. ngược + Hỗn hợp vật liệu lọc: - Hạt nhựa trao đổi ion - Sỏi lọc nước	Hệ thống	01

		+ Bồn nhựa chứa muối hoàn nguyên dung tích ≥ 65 lít + Cốc vi lọc trước khi vào màng RO + Phin lọc ≥ 5 Micr – 20 inch - Hệ thiết bị thẩm thấu ngược RO: - Màng RO 4040 áp thấp: LG - 4040 + Vỏ màng 4040 bằng inox SUS304 - Máy bơm cao áp đa tầng cánh CDLF 2-9, buồng bơm bằng thép không rỉ, công suất 1,5 HP, điện áp 220 V, 50Hz Lưu kế ≥ 10 gallon 10 gallon Đồng hồ dầu đo áp suất nước Đồng hồ đo độ dẫn điện có thang đo ≤ 2000 micro siemen Tủ điện điều khiển toàn bộ hệ thống - Bồn chứa nước RO dung tích ≥ 500 lít Khung giá inox 304 Hệ thống đường ống và phụ kiện UPVC kết nối hệ thống RO Hệ thống phân phối cấp nước ra các phụ tải: Máy bơm cấp nước RO ra phụ tải, có bình tích áp kèm theo, công suất ≥ 125 w, điện áp 220V- 50Hz.		
--	--	---	--	--